



**Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)**

**Приволжское межрегиональное территориальное управление (ПМТУ)
603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (8314) 28-11-75**

**Отдел (инспекция) в Пензенской области ПМТУ Росстандарта
440028, г. Пенза, ул. Комсомольская, 20, тел. 49-86-55, факс: 49-48-37**

e-mail: pmtu@sura.ru

**Законному представителю
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЗНЕЦКИЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» (ГПОУ «КМК»)
442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, дом 246**

ПРЕДПИСАНИЕ

**№ ПМ - 37
от 10 апреля 2019 г.**

**Выдано на основании акта проверки
№ А –37 /2019 от 10 апреля 2019 г.**

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено, что в нарушение части 1 статьи 9, частей 1,2,3 статьи 5, части 1 статьи 12, части 1 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» применялись средства измерений, не прошедшие поверку в установленном порядке:

-счетчики холодной воды тип СГВ-15 в количестве 5 единиц, заводские номера 2883262, 29771636, 28744594, 28832579, 28832640,

- счетчики электрической энергии трехфазные ТРИО в количестве 3 единиц, заводские номера 016162409,016169509, 016166709,

-прибор для измерения артериального давления тип МТ-10 в количестве 1 ед., без заводского номера,

прибор для измерения артериального давления LD, заводской номер 064099,

-анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе тип Drivesafe II заводской номер DS02HBL0370010642,

-алкотестер с электрохимическим сенсором, Динго С-08, заводской номер LED9419670

в срок до « 01 » июля 2019г. ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ.

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» применение средства измерений, указанного в настоящем предписании, с 11 апреля 2019 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет наложение административного штрафа.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить в срок до «01» июля 2019 г.

Старший государственный инспектор
отдела (инспекции) в Пензенской области
ПМТУ Росстандарта



Т.Н.Потешкина

Один экземпляр Предписания получил
« 10 » апреля 2019 г.

Представитель ГБПОУ «КМК»
По доверенности



Л.В.Пантелеева